

МОСКОВСКИЙ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД „МАНОМЕТР“

Преобразователи давления (манометры,
вакуумметры, мановакуумметры)
типа МЭД взаимозаменяемые

ПАСПОРТ 3.9060.360 ПС

1. Свидетельство о приемке

Преобразователь давления (манометр, вакуумметр, мановакуумметр)
(нужное подчеркнуть)
взаимозаменяемый типа МЭД модели 22364; 22365;
(нужное подчеркнуть)
заводской номер 17199 соответствует
ТУ 25.05.1617-74 и признан годным для эксплуатации.

Штамп контролера отдела
технического контроля



Дата выпуска

13/12 1974 г.

Подпись ответственного за приемку

Сидор

2. Основные технические данные и характеристики

- 2.1. Верхний предел измерений избыточного давления 16 кгс/см².
2.2. Верхний предел измерений вакуумметрического давления 0 кгс/см².
2.3. Выходным сигналом прибора является взаимная индуктивность.

При изменении измеряемого давления в манометрах и вакуумметрах от нуля до верхнего предела измерений, в мановакуумметрах от верхнего предела измерений вакуумметрического давления до верхнего предела измерений избыточного давления, взаимная индуктивность изменяется от нуля до верхнего предельного значения, равного 10 мГ.

2.4. Класс точности (К) ~~1; 1,5.~~

(пужное подчеркнуть)

2.5. Основная погрешность не превышает $\pm K$.

Основная погрешность выражается в процентах верхнего предела измерений—для манометров и вакуумметров и суммы абсолютных значений верхних пределов измерений—для мановакуумметров.

2.6. Частота питающего тока 50 Гц.

2.7. Температура окружающего воздуха от 5 до 50°C, относительная влажность не более 80%.

2.8. Материалы деталей, соприкасающихся с измеряемой средой: латунь ЛС59-1 (ГОСТ 15527-70), бронза БрОФ4-0,25 (ГОСТ 5017-49), сталь 50ХФА (ГОСТ 14959-69).

2.9. Вероятность безотказной работы за 2000 ч не менее:

по метрологическим отказам—0,92;

по внезапным отказам—0,98.

2.10. Масса прибора не более 2 кг.

3. Комплект поставки

- | | |
|--|--------|
| 1. Прибор типа МЭД | 1 шт. |
| 2. Паспорт | 1 экз. |
| 3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации | 1 экз. |

4. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие поставляемых приборов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в инструкции по эксплуатации.

Сроки гарантии устанавливаются 24 месяца со дня установки приборов (ввода в эксплуатацию), но не более 30 месяцев со дня их отгрузки с предприятия-изготовителя.

При обнаружении потребителем в течение гарантийного срока несоответствия требованиям технических условий предприятие-изготовитель обязано безвозмездно заменять или ремонтировать прибор путем исправления или замены дефектных сборочных единиц, деталей.

5. Сведения о рекламациях

Рекламации должны предъявляться в соответствии с „Положением о поставках продукции производственно-технического назначения“, утвержденным 9 апреля 1969 г. № 269.