



ПРИБОР РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ДИСК-250

ПАСПОРТ
2.556.051 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Прибор регистрирующий ДИСК-250 модификации.....с изготовлен в
обыкновенном исполнении УХЛ 4.2 ГОСТ 15150—69, прошел технологический
прогон 24 или 48 ч (нужное подчеркнуто).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение номинальной статической характеристики
преобразования или входной сигнал

Предел измерений

Выходной сигнал, мА

.....
.....
0—5, 4—20
(нужное подчерк-
нуто)

Основная погрешность, не более:

по показаниям и по преобразованию, %

по регистрации, регулированию и сигнализации, %

Время прохождения указателем всей шкалы, с

Время одного оборота диаграммного диска, ч

Напряжение и частота сети питания, В; Гц

Потребляемая мощность, В · А

±0,5

±1,0

220; 50

20

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, г:

золото	1,3107
серебро	2,7407
серебро	3,2623 (для приборов с релейным регулирующим устройством— вторая цифра модификации 2)
палладий	0,0738
сплав ПдВ	3,4380
сплав ЗлСрМ	0,3510

Ведомость цветных металлов приведена в приложении.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
2.556.051	Прибор регистрирующий ДИСК-250	1	185	Согласно ведомости ЗИП
	Комплект запасных частей, инструмента, принадлежностей	1		
2.556.051 РС	«Прибор регистрирующий ДИСК-250». Паспорт	1		
2.556.051 ТО	«Приборы регистрирующие ДИСК-250, ДИСК-250И». Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1		
МИ 456-84	«Приборы регистрирующие ДИСК-250, ДИСК-250И». Методы и средства поверки	1		
	Реле ПЭ-37-22, 24В ТУ 16-523.622—82 пост. тока	2		Для приборов с релейным регулирующим устройством (вторая цифра модификации 2)
2.556.051 РС	«Приборы регистрирующие ДИСК-250, ДИСК-250И». Руководство по среднему ремонту	1		По заказу потребителя

Примечание. При поставке партии приборов в адрес одного заказчика техническое описание и инструкция по эксплуатации и также методы и средства поверки МИ 456—84 поставляются из расчета: три документа на каждые 10 приборов.

ВЕДОМОСТЬ ЗИП

Обозначение	Код ОКП	Наименование	Где применяется	Кол. в изде- лии	Шифр укладки	Кол.
6.054.001-00.1*	42 1961 0451 05	Запасные части	Для прочистки пера	1	4.160.347	2
7.051.007-00.1*		Вставка плавающая ВП1-1 0,5А ОЮ0.480.003 ТУ		1	4.160.347	1
		Перо		1	4.160.347	2
		Перо				
	54 550	Принадлежности				
		Болт М6-6g X 10.36.016 ГОСТ 7805—70		1	4.160.347	2
		ДР 250 ГОСТ 7826—82				
		Игла				
7.051.003-00.1	42 1961 1319 04	Пипетка глазная ТУ 64-1-2967—77			4.160.347	400
	42 1963 0010 05	Розетка РШАГКП-14-2 БР0.364.023 ТУ			4.160.347	3
	63 1305 0536 91	Струбцина			4.160.347	1
	42 1961 1320 00	Струбцина			4.160.347	1
8.896.001-00.1	42 1961 1323 08	Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402—70			4.160.347	1
8.896.002-00.1		Шайба 6.01.08кп.016 ГОСТ 11371—78			4.160.347	2
					4.160.347	2

цр 1988 13199
Тираж 25000.

* Нужно подчеркнуто.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор регистрирующий ДИСК-250—.....заводской номер.....
соответствует ГОСТ 7164—78 и признан годным для эксплуатации.

М. П. Дата выпуска
Контролер ОТК (подпись)

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Прибор регистрирующий ДИСК-250—.....упакован согласно требова-
ниям, предусмотренным конструкторской документацией.

М. П. Дата упаковки
Упаковку произвел (подпись)
Изделие после упаковки
принял (подпись)

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует исправную работу прибора в течение 18 месяцев
со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении условий эксплуатации, транспор-
тирования и хранения, установленных инструкцией по эксплуатации.
Гарантийный срок хранения 6 месяцев с момента изготовления.

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Все рекламации по поставке продукции, не соответствующей по качеству,
комплектности, таре, упаковке и маркировке требованиям технических условий,
предъявляются в порядке и в сроки, установленные инструкцией «О порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров на-
родного потребления», утвержденной Госарбитражем при СМ СССР.

Потребитель указывает в паспорте наименование, обозначение, дату состав-
ления и краткое содержание документа (акта) за подписью ответственного за
приемку лица, а изготовитель указывает меры, принятые по рекламации.

Потребитель		Изготовитель
наименование, обозначение, дата составления документа	краткое содержание документа	меры, принятые по рекламации

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЕДОМОСТЬ
 цветных металлов, содержащихся в приборе регистрирующем ДИСК-250

Наименование металла и сплава	Количество цветных металлов, содержащихся в изделии, кг													Количество цветных металлов, подлежащих сдаче в виде лома при полном износе изделия и его списанию, кг													Возможность демонтажа дета- лей и узлов при списании изде- лия
	классификация по группам (ГОСТ 1639—78)																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Алюминий и алюминиевые сплавы						0,432 0,750 1,2										0,112											
Медь и сплавы на медной основе																											
Сплавы оловянно- свинцовые																											